



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНТ-ИНФОРМ»
(ООО «АНТ-Информ»)

шоссе Революции, д. 84, Санкт-Петербург, 195248

тел.: +7 (812) 448-15-91, факс: +7 (812) 448-15-92 e-mail: info@fpc.spb.ru

ОКПО 54213011 ОГРН 1027804191348 ИНН 7806108193 КПП 772802001

Адрес для корреспонденции: Филиал в г. Салават

ул. Молодогвардейцев, д. 30, г. Салават, Республика Башкортостан, 453256

14.09.13. № 113-01-07-2054.

Директору ООО «Теплоприбор-Сенсор»
Ухину А.А.
2-я Павелецкая улица, 36
г. Челябинск, 454047, Россия

Об опытной эксплуатации

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Компанией «Теплоприбор-Сенсор» в ООО «АНТ-Информ» для опытной эксплуатации были предоставлены датчики давления CROCUS. Данные датчики были установлены в цехе № 56 на объекте 1815 газо-факельного хозяйства на позициях 229 (измерение давления воздуха КИП) и 231 (измерение давления факельного газа).

За время эксплуатации сбоев и неполадок в работе не обнаружено, датчики давления CROCUS зарекомендовали себя как надёжное оборудование.

Положительными качествами данного оборудования явились наличие дисплея с цифровой индикации, интерфейса с HART – протоколом, удобная настройка параметров элементами управления, находящимися на самом датчике.

Недостатком эксплуатируемых датчиков явилось неудобное расположение корректора «нуля».

С Уважением,
Директор филиала в г. Салават



А.В. Затолокин