

Начальнику ОП
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
в городе Санкт-Петербурге
Блеч А.А.

№ _____ от 01.02.2019 г.

на № _____ от _____

Об опытно-промышленном испытании продукции.

Уважаемая Андрей Александрович,

Мы провели опытно-промышленную эксплуатацию Вашей продукции, а именно: термопреобразователей ПТП-В-900-А для измерения температуры расплава меди. Эксплуатационные испытания показали, что данная продукция соответствует заявленным характеристикам и точность измерения составляет 1°C - 2°C в диапазоне 1200°C - 1250°C. Термопреобразователь испытывался в комплекте с термоизмерителем ТЦП-1800П фирмы ООО «Техноцентрприбор» и использование дополнительного оборудования или замены существующего не потребовалось.

Ваша продукция полностью соответствует нашим требованиям. В дальнейшем будем использовать Вашу продукцию.

С уважением,

Зам.главного инженера по
автоматизации _____



_____ А.В.Маслов